



ANÁLISE DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 DE ACORDO COM DESCRIÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MARCA: JEI DANIEL(JD) BIOTECH CORP.- CHINA, REPÚBLICA POPULAR

EMPRESA: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 19.458.719/0001-07

MODELO: SARS COVID-19

O teste new coronavirus IGG/IGM RAPID TEST KIT (COVID-19IgG/IgM) é um teste qualitativo de anticorpos IgG e IgM ao Vírus- CoV-2 que possui marcadores que evidenciam os resultados em 15 minutos, estando em acordo com descrição do objeto licitado;

O Kit contém 20 cassetes de COVID-19 IgG/IgM, e acessórios (solução tampão, pipetas, lancetas, almofadas de álcool e bula);

A concordância percentual positiva (sensibilidade) especificada do **objeto licitado seria de 88% para os marcadores IgG e IgM**, as apresentadas pela Marca JEI DANIEL(JD) BIOTECH foram de:

- Marcador IgG.: sensibilidade de 100%;
- Marcador IgM: sensibilidade de 90%.

A concordância percentual negativa (especificidade) especificada do objeto licitado seria **de 93%** e a apresentada pela marca JEI DANIEL(JD) BIOTECH foram de:

- Marcador IgG.: especificidade de 98,89%;
- Marcador IgM: especificidade de 97,78%.

Foram realizados no município pela equipe da Vigilância Epidemiológica de Itarana, testes de sensibilidade e especificidade em comparação com resultados RT-PCR do LACEN-ES de pacientes residentes em Itarana, todos com resultados compatíveis com teste rápido da JEI DANIEL(JD) BIOTECH CORP.

Considero o teste rápido da **JEI DANIEL(JD) BIOTECH CORP - COVID-19**, APROVADO conforme descrições elencadas em **conformidades com os objetos licitados**.

Atenciosamente

LUSSANDRA MARQUEZ MENEGHEL
Bióloga
C.R. 34.813/2020

LUSSANDRA MARQUEZ MENEGHEL

BIÓLOGA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL
/RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
DE ITARANA