

ANÁLISE DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 DE ACORDO COM DESCRIÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MARCA: PANBIO TMCOVID-19

EMPRESA: JP DIAGNÓSTICA LTDA/ GRUPO PARANHOS

MODELO: SARS COVID-19

O teste **Imuno-Rápido COVID-19 Ag** é um teste qualitativo do novo coronavírus (SARS-COV-2), por Imunocromatografia, em amostras de swab da nasofaringe que evidenciam os resultados de 15 a 20 minutos estando em acordo com descrição do objeto licitado;

A concordância percentual positiva (sensibilidade) do teste **Imuno-Rápido COVID-19 Ag – PANBIO TMCOVID-19 Ag Rapid Test Device** é de **91.4%** e a descrição do objeto licitado é de **99%**;

A concordância percentual negativa (especificidade) do teste **Imuno-Rápido COVID-19 Ag PANBIO TMCOVID-19 Ag Rapid Test Device** –é de 99,8%, a descrição do objeto licitado é de 99%;

Os testes contêm instruções de uso, apresentam aprovação pela ANVISA conforme artigo 9º e parágrafo único do artigo 13, da RDC 379 de 30/04/2020, apresenta data de validade de no mínimo seis meses estando em acordo com descrição do objeto licitado;

Foram realizados no município pela equipe da Vigilância Epidemiológica de Itarana, testes de sensibilidade e especificidade em comparação com resultados RT-PCR do LACEN-ES de pacientes residentes em Itarana, **todos com resultados compatíveis com teste rápido da Imuno-Rápido COVID-19 Ag**;

Na data de 26/04/21. considero o teste **Imuno-Rápido COVID-19 Ag PANBIO TMCOVID-19 Ag Rapid Test Device**, **REPROVADO** pois não apresentam a sensibilidade de acordo com a descrição do objeto licitado.

Atenciosamente

Lussandra M. Meneghel
Bióloga
CRBio 34.817/2020



LUSSANDRA MARQUEZ MENEGHEL

BÍOLOGA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL
/RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
DE ITARANA