



## ANÁLISE DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 DE ACORDO COM DESCRIÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

**FABRICANTE:** FABRICANTE: HANGZHOU SINGCLEAN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

**EMPRESA:** NUTRIEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA (CNPJ06.172.459/0001-59)

**MODELO:** SARS COVID-19

O teste **Imuno-Rápido COVID-19 Ag** é um teste qualitativo do novo coronavírus (SARS-Cov-2), por Imunocromatografia, em amostras de swab da nasofaringe que evidenciam os resultados de 15 a 20 minutos estando em acordo com descrição do objeto licitado;

A concordância percentual positiva ( sensibilidade) do teste **Imuno-Rápido COVID-19 Ag** – NUTRIEX é de **88.89%** e a descrição do objeto licitado é de 99% ;

A concordância percentual negativa ( especificidade) do teste **Imuno-Rápido COVID-19 Ag** – NUTRIEX é de **97.87%**, a descrição do objeto licitado é de 99%;

Os testes contêm instruções de uso, apresentam aprovação pela ANVISA conforme artigo 9º e parágrafo único do artigo 13, da RDC 379 de 30/04/2020;

Não foram realizados testes no município pela equipe da Vigilância Epidemiológica de Itarana, pois a empresa não enviou material para testagem.

Considero o teste **Imuno-Rápido COVID-19 Ag da marca NUTRIEX, REPROVADO** pois não apresentam a sensibilidade e especificidade de acordo com a descrição do objeto licitado.

Atenciosamente

Lussandra M. Meneghel  
Bióloga  
CRBio 84.813/2020

LUSSANDRA MARQUEZ MENEGHEL

BIÓLOGA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL  
/RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE  
DE ITARANA