



**MUNICÍPIO DE ITARANA**  
Estado do Espírito Santo  
Poder Executivo

**ANEXO II - CONTRATO Nº 004/2025**

Pregão Eletrônico Nº 028/2024

Empresa: SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 32.630.250/0001-00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
001	00035-26 01000000 00	2	UND	FOTOPOLIMERIZADOR Deve possuir potência de até 2500 mW/cm <sup>2</sup> . Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saude. O led deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra optica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-Ion de no mínimo 1300mAh, O led deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G.  Tensão de Alimentação: Bivolt automático 100-240V AC.	MARCA: MMO / MODELO: O-LIGHT	1.571,43	3.142,86
<b>Total</b>							<b>3.142,86</b>
<b>Total Geral</b>							<b>3.142,86</b>

Itarana/ES, \_\_\_\_\_ de Janeiro de 2025

\_\_\_\_\_  
**CONTRATANTE**  
**MUNICÍPIO DE ITARANA/ES**  
Sr. Vander Patrício  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**CONTRATANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ITARANA/ES**  
Sra. Vanessa Arrivabene  
Secretária Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_  
**CONTRATADA**  
**SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA**  
Sra. MARIA NATIVA MOREIRA